

Štev.: DS-451/15
Dne: 16.07.2015

ZADEVA: **Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije**

Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „Potrošni material za agregometer“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 16.06.2015, številka objave JN4002/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 19.06.2015, številka objave 2015/S 117-211114, naročnik **dopolnjuje in spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

1. Nadzor temperature v testnih in inkubacijskih kanalih:

Sprejemljivo odstopanje temperature: $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Proizvajalčeve kataloške številke:

PROIZVAJALEC	KAT.ŠT. ALI ENAKOVREDNO
BioData	BD_101312;
BioData	BD_101297;
BioData	BD_101562;
BioData	BD_101311;
BioData	BD_100968;
BioData	BD_386;
BioData	BD_H314910KU;
BioData	BD_105990;
BioData	BD_101521.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).