

Štev: 460-I-DeS-318/16

Datum: 11.04.2016

**ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Na podlagi točke 1.5 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »SISTEM ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24.03.2016, številka objave JN2067/2016, naročnik dopolnjuje oz. spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi:

Naročnik spreminja zahtevo 2.1 v Specifikaciji zahtev naročnika, ki po novem glasi:

»Monitorji morajo imeti barvni prikazovalnik („display“) s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik („touch screen“) z diagonalo vsaj 300 mm in ločljivostjo vsaj 1024\*768 točk („pixlov“).

Popravek je sestavni del razpisne dokumentacije.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/>).