

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
- D) Obrazec za ocenjevanje ponudnika
- OBR-1 Izjava o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije
- OBR-2 Izjava o nezavajajočih podatkih
- OBR-3 Podatki o ponudniku
- OBR-4 Predračun za sklop 1
- OBR-5 Predračun za sklop 2
- OBR-6 Vzorec pogodbe za sklop 1 in 2
- OBR-7 Izjava o izpolnjevanju pogojev
- OBR-7.1 Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev
- OBR-8 Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga:

NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Direktor UKC:
prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

Javno naročilo:

NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

Marec, 2016

I SPLOŠNO

1.1 Vrsta postopka

Naročnik bo v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel odprti postopek.

1.2 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava **DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV**

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

SKLOP 1: Endoskopski stolp za laparoskopijo in gastrokoloskopijo

SKLOP 2: Endoskopski stolp za laparoskopijo z možnostjo ICG

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet tega javnega naročila v celoti ali po posameznih sklopih.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v specifikaciji zahtev naročnika.

Ponudniki lahko ponudijo novo ali rabljeno opremo, ki pa mora biti tehnološko zadnje generacije proizvajalca in letnik proizvodnje 2013 ali novejši.

Naročnik ima za dobavo in montažo opreme iz obeh sklopov zagotovljena sredstva v višini 230.000 EUR z DDV, in sicer znašajo zagotovljena sredstva za opremo iz:

- sklopa 1: 130.000 EUR z DDV in
- sklopa 2: 100.000 EUR z DDV.

V primeru, da bo ponudbena vrednost za posamezni sklop presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik takšno ponudbo za sklop za katerega ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva, ocenil kot nesprejemljivo.

1.3 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.3.1 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Tuji ponudniki morajo v RS imenovati **pooblaščenca za vročitve v RS**. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.

1.3.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti:

- vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,
- vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec.

Podatki o podizvajalcih iz prejšnjega odstavka te točke so sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2. Za izvedbo neposrednih plačil mora ponudnik svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti **pooblastilo** s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plačuje podizvajalcem, ter **soglasje podizvajalca**, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoj iz tretje točke točke 2.12 teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Navedeni obvezni pogoj, ki ga ZJN-2 predvideva za podizvajalce, velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), kasneje preveri izpolnjevanje navedenega pogoja. V kolikor podizvajalci pogoja ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izbrani ponudnik v 5 dneh po spremembi naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali

izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

1.3.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe;
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak partner iz skupine ponudnikov **posamično** izpolnjevati naslednje pogoje iz točke 2.12 teh navodil:

- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- ekonomske in finančne pogoje (ekonomska in finančna sposobnost).

Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz točke 2.12 teh navodil pa lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo **skupno**.

1.4 Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana na portalu javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 06.05.2016 do 11:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.5 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

¹ <http://www.enarocanje.si>

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

1.6 Sestanek s potencialnimi ponudniki

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izjavo ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1);
2. izjavo ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2);
3. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-3);
4. izpolnjen obrazec predračuna za sklop 1 s tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku (OBR-4); ponudniki izpolnijo OBR-4 v primeru, če oddajajo ponudbo za sklop 1;
5. izpolnjen obrazec predračuna za sklop 2 s tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku (OBR-5); ponudniki izpolnijo OBR-5 v primeru, če oddajajo ponudbo za sklop 2;
6. vzorec pogodbe za sklopa 1 in 2 (OBR-6);
7. izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-7);
8. izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-7.1) (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 teh navodil);
9. soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-8);
10. potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme (glej točko 10 točke 2.12);
11. ES izjave o skladnosti za ponujeno opremo;
12. BON-2 izdan s strani AJPEs-a;
13. seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.3.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 teh navodil);
14. pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 teh navodil);
15. soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 teh navodil);

16. akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.3.3 teh navodil);
17. dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej točko 1.3.1 teh navodil);
18. lastno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (glej opombo k 18. točki).

Opomba k 18. točki:

Naročnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011; ZintPK-UPB2) od ponudnika zahteva, da v ponudbi predloži lastno izjavo oziroma naslednje podatke:

- *o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,*
- *o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.*

Za fizične osebe mora izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to v skladu z določbo šestega odstavka 14. člena ZintPK za posledico ničnost pogodbe.

V kolikor obstaja javna evidenca za katerega izmed podatkov, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji, se lahko ponudnik v ponudbi sklicuje na javno evidenco.

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam naročnika. Tehnične zahteve naročnika so opredeljene v »Specifikaciji zahtev naročnika«.

Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in 9 te točke so sestavni del te razpisne dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom).

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji jasno in nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil.

Vsi listi ponudbe morajo biti zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom tako, da jih ni mogoče neopazno odvzeti.

2.4 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki je ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le listine tujih ponudnikov (glej točko 1.3.1 teh navodil), ki morajo biti predložene izključno v originalu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju ponudb možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici morajo biti vidne naslednje oznake:

1. naročnikov naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Oddelek za javna naročila
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

2. oznake:

- »NE ODPIRAJ – PONUDBA«;
- številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- predmet naročila: »NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV«.

3. ponudnikov naslov (na hrbtni strani).

Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti (na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »Oddelka za javna naročila« (stavba številka 9).

2.6 Rok za predložitev ponudbe

Ponudbe je treba predložiti do **17.05.2016 do 11:00 ure** na naslov naročnika iz prve točke točke 2.5. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku javnega odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.

Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik opremiti z oznakami: "SPREMEMBA PONUDBE" ali "DOPOLNITEV PONUDBE" ali "UMIK PONUDBE", navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naročnikov naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.

2.8 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe

Če je ponudba formalno nepopolna, bo naročnik zahteval, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.10 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.

2.11 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...).

2.12 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil:

1. ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 - ponaredek ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
 - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
 - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
 - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
 - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
 - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
 - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
 - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
 - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
 - pranje denarja (245. člen KZ-1),
 - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
 - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
 - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
 - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
 - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
 - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
 - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
 - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
 - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);

2. ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);
3. ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);
4. ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);
5. ponudnika, če je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);
6. ponudnika, če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

7. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);
8. da je vpisan na Seznam poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-7);

Ekonomska in finančna sposobnost:

9. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0;
Dokazilo: BON-2, ki ga izda AJPEŠ;
Dokument ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe.

Tehnična in/ali kadrovska sposobnost:

10. da zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

Dokazilo:

Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje le-te.

Opomba:

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

Opomba:

- Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoj iz tretje točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Kot dokazilo za izpolnjevanje navedenih pogojev je potrebno v ponudbi predložiti Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-7.1) za vsakega priglaščenega podizvajalca.

2.13 Izločitev ponudb

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz točke 2.6 teh navodil);
- ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s točko 2.5 teh navodil);
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil;
- ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

2.14 Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Končna cena mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, stroške dobave, montaže, šolanja, zagona ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Končna vrednost ponudbe (vrednost za plačilo) mora vsebovati vse stroške in davek na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost predračuna so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni.

2.15 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost za posamezni sklop. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.16 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil popolno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.17 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 17.11.2016.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.18 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

III JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne **17.05.2016 ob 13:00 uri v prostorih Oddelka nabave opreme (stavba št. 9).**

V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 **so javni podatki** količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku treh delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.

IV SKLENITEV POGODBE

4.1 Sklenitev pogodbe

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo po določenih vzorca pogodbe iz točke 6 točke 2.2 teh navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 10 dni po prejemu pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

4.2 Sklenitev dogovora

Za primer naročnikove morebitne nezmožnosti poravnavanja svojih obveznosti v roku 30 dni, bo naročnik ob sklenitvi pogodbe predlagal sklenitev **dogovora o načinu in teku zamudnih obresti**. Sklenitev tega dogovora ne bo vplivala na veljavnost pogodbe.

Naročnik bo ponudnikom hkrati s podpisom pogodbe poslal tudi dogovor o načinu in teku zamudnih obresti. Dogovor bo natančno definiral položaj obeh pogodbenih strank v primeru, če naročnik svojih obveznosti do dobaviteljev ne bo mogel poravnati v roku 30 dni od dneva prejema računa.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodb in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-2 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenjem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V

kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico na naslov naročnika::

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Oddelek za javna naročila

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor.

Ponudnik mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila (Ministrstvo RS za javno upravo).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV

SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP ZA LAPAROSKOPIJO IN GASTROKOLOSKOPIJO

1. LAPAROSKOPSKI VIDEO SISTEM

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

1. Funkcija strukturne izostritve (zrnastost-plastičnost), najmanj 8 stopenj.
2. Funkcijo avtomatske nastavitve testa beline, ki ga nastavimo samo enkrat dnevno. Sistem deluje avtomatsko ob vsaki nadaljnji uporabi.
3. Funkcija nastavitve kontrasta (najmanj 3 stopnje).
4. Funkcija zamrzovanja slike in avtomatske prilagoditve jakosti svetlobe (ko se približamo tkivu se mora svetloba zmanjšati in obratno - to naj omogoča optimalno osvetlitev tkiva).
5. Vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice (za najmanj 40 pacientov).
6. "Touch" ergonomska tipkovnica, ki ima poleg klasičnih tipk, tudi tipke za hiter dostop do nekaterih funkcij videoprosesora.
7. Slovenski komunikacijski vmesnik: vsa komunikacija preko tipkovnice je v slovenskem jeziku.
8. Omogoča naj:
 - 8.1 Slika v sliki.
 - 8.2 Zamrzovanje slike.
 - 8.3 Elektronska povečava.
 - 8.4 Povečanje strukturne ločljivosti v 8 stopnjah.
9. Avtomatska nastavitve funkcije na najmanj treh upravljalnih gumbih, ki se jih lahko poljubno programira na videoprosesorju. Gumbi so na videoendoskopih, glavah kamere in videolaparoskopih, preko katerih lahko upravljamo najmanj 16 različnih opravil ali hitre dostope do želenih funkcij (jakost osvetlitve, zamrzovanje slike, povečava slike na monitorju, proženje fotografiranja, proženje snemanja filmov,...).
10. Funkcija identifikacije fleksibilnega videoendoskopa in funkcija štetja števila uporab endoskopa.
11. Reprodukcijska 2D in 3D laparoskopske slike. Sistem mora omogočati priklop 2d glav kamere z enimi ccd čipom in trojnim ccd čipom.
12. Preklop med 2D in 3D sliko med posegom s pritiskom na gumb.
13. Kompatibilnost s ponujenim 3D videolaparoskopom.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

14. LOČLJIVOST: Zagotavlja naj uporabo HD tehnologije. To pomeni, da je resolucija najmanj 1920 x 1080 skeniranih linij (prepleteno-interlacing 1080i in progresivno-progressiv 1080p skeniranje). Vgrajen ima »HD upscaler«, ki zagotavlja HD reprodukcijo endoskopske slike s SD fleksibilnimi endoskopi. Zagotavlja naj tudi reprodukcijo endoskopske slike v SD (Standard Definition) standardni ločljivost.
15. RAZMERJE SLIKE; zagotavlja naj naslednja razmerja endoskopske slike: 16:9 ali 16:10.

16. **IZLOČANJE RDEČE BARVE:** Z komandnimi tipkami na videoendoskopu naj omogoča optično izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra. S tem mora biti omogočena izboljšana diagnoza patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb. To pomeni lažje prepoznavanje kapilarnih in žilnih struktur v opazovanem tkivu.
17. **DIGITALNO DOKUMENTIRANJE:** Zagotavlja naj digitalno fotografiranje endoskopske slike na notranji spominski disk, ki je integriran v videoprocetor. Digitalno fotografiranje se aktivira preko upravljalnih gumbov na fleksibilnem endoskopu, laparoskopski glavi kamere ali videolaparoskopu. Videoprocetor mora stalno shranjevati najmanj zadnjih 10 slik. Ob aktiviranju slikanja, mora videoprocetor shraniti sliko iz nabora že prej shranjenih slik, ki je najboljše kakovosti. Po končanem endoskopskem posegu mora biti omogočen prenos fotografij na zunanji spominski medij (npr.USB ključek).
18. **POVEZLJIVOST:** zagotovljena možnost direktne povezave videoprocetorja na PACS (picture archiving and communication system) naročnika preko DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) protokola.
19. **UPRAVLJANJE:** zagotovljeno upravljanje dokumentacijskega sistema preko glave kamere oziroma videolaparoskopa
20. **3D FORMATI:** izbira med 3G, 3D SIDE BY SIDE (V tem načinu se preneseta in prikažeta leva in desna slika, ki ju generirata senzorja 3D videoscopa, pri čemer sta horizontalno stisnjeni in postavljeni druga ob drugi na monitorju) in 3D LINE BY LINE (V tem načinu se preneseta in prikažeta leva in desna slika, ki ju generirata senzorja).
21. **PRIKAZ SLIKE:** izbira med PIP (slika v sliki): S funkcijo PIP se na monitorju istočasno prikažeta endoskopska slika v živo in slika iz zunanjega vira slike, pri čemer je ena slika vdolana v drugo in POP (slika ob sliki): S funkcijo POP se na monitorju sočasno prikažeta endoskopska slika v živo in slika iz zunanjega vira, pri čemer sta sliki druga ob drugi.
22. **2D VIDEO IZHOD:**
 - 22.1 analogni HDTV video izhodi najmanj: 1xRGB,
 - 22.2 analogni SDTV videoizhodi najmanj: 1x Y/C in 1x RGB
 - 22.3 digitalni videoizhodi najmanj: 1x HD-SDI, 1x SD-SDI, 1x DV (IEEE 1394), 1x DVI.
23. **3D VIDEO IZHOD:**
 - 23.1 Digitalni 3G-SDI in DVI-D

Komplet mora vsebovati:

24. Videoprocetor, 2 kosa.
25. Enota za reprodukcijo 3D laparoskopske slike, 1 kos.
26. Spiralni kabel za priklop obstoječih videogastroskopov in videokolonoskopov, 1 kos.
27. Videokabli (DVI, SDI), vse po 1 kos.

2. ENDOSKOPSKI IZVOR SVETLOBE

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

28. Avtomatska prilagoditev moči oddane svetlobe, glede na najsvetlejšo točko centralnega dela slike in povprečno osvetljenost perifernega dela slike.
29. Vgrajen gumb za mirovanje (»standby«), ki z zaslonko zatemni izvor svetlobe.
30. Izbira med ročnim in avtomatskim izbiranjem moči svetlobe.
31. Vgrajena funkcija kratkotrajne močnejše osvetlitve.
32. Vgrajen indikator, ki opozarja o nujni zamenjavi žarnice.
33. Vgrajen gumb za resetiranje časa uporabe žarnice (po zamenjavi žarnice).

34. Vgrajena funkcija, ki ob okvari glavne žarnice, avtomatsko v najmanj 5s preklopi na rezervno žarnico.
35. Vgrajeno naj ima zračno-vodno črpalko s štirimi stopnjami nastavitve za priklop fleksibilnih endoskopov.
36. Vgrajen prikazovalnik časa efektivnega delovanja žarnice in preostanka življenjske dobe žarnice.
37. Pri priklopu fleksibilnega videoendoskopa v izvor svetlobe, se fleksibilni videoendoskop neposredno poveže z videoprocensorjem. Priklop fleksibilnega videoendoskopa v videoprocensor ni potreben.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

38. IZLOČANJE RDEČE BARVE: Preko integriranih svetlobnih filtrov naj omogoča optično izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra in posledično omogočena izboljšana diagnoza patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb. Lažje prepoznavanje kapilarnih in žilnih struktur v tkivu.
39. GLAVNA ŽARNICA: ksenonska ali LED žarnica.
40. REZERVNA ŽARNICA; za varno dokončanje posega ob nenadni okvari glavne-ksenonske žarnice. Rezervna žarnica naj se vklopi avtomatsko ob okvari glavne žarnice. OPCIJA: Ponudnik namesto izvora svetlobe z rezervno žarnico lahko ponudi tudi komplet: rezervna žarnica z hladilnim telesom, kot rezervni del.
41. MOČ ŽARNICE; Moč glavne ksenonske žarnice naj bo najmanj 300W. Moč rezervne žarnice, najmanj 35W.
42. KOMPATIBILNOST: kompatibilnost s ponujenim HD videolaparoskopom in HD videogastroskopom.

Komplet mora vsebovati:

43. Izvor svetlobe, 1 kos.
44. Povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprocensorjem.

3. ENDOSKOPSKI MONITOR

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

45. Zagotavlja 2D in 3D reprodukcijo laparoskopske slike

TEHNIČNE ZAHTEVE

46. Velikost ekrana: najmanj 32 palcev.
47. Izdelan v FULL HD tehnologiji, ločljivost 1920x1080.
48. Prikazovanje barv: najmanj 16,7 milijonov.
49. Pričakovano razmerje stranic: 16:9.
50. Najmanjši vidni kot pri 3D reprodukciji 35°, pri razdalji večji od 62cm.
51. Najmanjši vidni kot pri 2D reprodukciji, 89°.
52. Teža največ 13,8 kg.
53. Video vhodi; najmanj 1x DVI-D, 1x VGA (HD15), 1x Y/C (S-video), 1x BNC komposit, 1x BNC-3x RGB, 2X SD/HD/3G-SDI.
54. Video izhodi; najmanj 1x Y/C (S-video), 1x BNC komposit, 1x BNC-3x RGB, 2X SD/HD/3G-SDI.
55. Pritrditev monitorja mora biti po VESA 100 standardu (100mm x 100mm).

Komplet mora vsebovati:

56. Monitor, 1 kos.
57. Očala za 3D opazovanje, 5 kos.
58. Očala za 3D opazovanje za namestitev na obstoječa očala z dioptrijo, 2 kosa.

59. Vsi priključni kabli, 1 kpl.

4. 3D VIDEOLAPAROSKOP

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

60. Zagotavljati mora endoskopsko sliko v 2D in 3D tehnologiji in HDTV ločljivosti (1920 x 1080).
61. Videolaparoskop je sestavljen iz optičnega sistema – optičnega stebila, ročaja z komandnimi tipkami in kabla z integriranim svetlobnim in videokablom. Celoten sistem naj ne bo moč razstaviti.
62. Svetlobni kabel in videokabel integrirana v enem kablu.
63. Svetlobni kabel mora iz teleskopa oziroma ročaja izhajati naravnost iz ročaja optike: brez kota.
64. Z najmanj tremi gumbi za komuniciranje z videoprocetorjem v sterilnem polju (digitalna dokumentacija, nastavitev bele svetlobe, ...).
65. V distalnem delu optike vgrajena najmanj dva CCD čipa.
66. V ročaju vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprocetorja po izboru uporabnika.
67. Avtomatsko ostrenje endoskopske slike (avtofokus).
68. S komandnimi tipkami na endoskopu naj zagotavlja optično izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra. S tem naj omogoča izboljšano diagnozo patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb oziroma lažje prepoznavanje kapilarne in žilne strukture tkiva.
69. Enostaven preklon med 2D in 3D reprodukcijo s pritiskom na gumbu integriranim v ročaju.
70. Sterilizacija v sterilizatorju uporabnika STERRAD ali v parni sterilizaciji (Avtoklavu).
71. Priložena kaseta za sterilizacijo ponujene opreme.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

72. Vgrajena dva CCD čipa za reprodukcijo 3D slike.
73. Premer optike: največ 10 mm.
74. Kot gledanja: 0°.
75. Angulacija distalnega dela: gor/dol/desno/levo: 100°.
76. Kot vidnega polja: najmanj 80°.
77. Globina vidnega polja: najmanj 18-100 mm.
78. Delovna dolžina najmanj 360 mm.
79. Teža kompletnega sistema največ 500 g.
80. V ročaju vgrajeni trije kontrolni gumbi.

Komplet mora vsebovati:

81. Videolaparoskop, 1 kos.
82. Sterilizacijska kaseta, 1 kos.
83. Tester tesnosti, 1 kos.

5. 2D VIDEOLAPAROSKOP RIGIDNI

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

84. Zagotavljati mora endoskopsko sliko HD tehnologije (High Definition). Ločljivost mora biti najmanj 1920 x 1080.

85. Zagotavlja sistem hitrega priklopa, brez sestavljanja različnih komponent; npr. teleskopa, glave kamere in svetlobnega kabla.
86. Videolaparoskop je sestavljen iz optičnega sistema – optičnega stebila, ročaja z komandnimi tipkami in kabla z integriranim svetlobnim in videokablom. Celoten sistem naj ne bo moč razstaviti.
87. Svetlobni kabel in videokabel integrirana v enem kablu.
88. Svetlobni kabel mora iz teleskopa oziroma ročaja izhajati naravnost iz ročaja optike: brez kota.
89. Z najmanj tremi gumbi za komuniciranje z videoprosesorjem v sterilnem polju (digitalna dokumentacija, nastavitve bele svetlobe, ...).
90. V distalnem delu optike vgrajena najmanj dva CCD čipa.
91. V ročaju vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprosesorja po izboru uporabnika.
92. Avtomatsko ostrenje endoskopske slike (avtofokus).
93. Gretje distalnega dela videolaparoskopa ali teleskopa in posredno CCD čipa: kirurški poseg brez meglenja endoskopske slike od samega začetka laparoskopskega posega mora omogočati grelec CCD čipa.
94. Možnost nadgradnje s sistemom za čiščenje distalnega dela optike med operativnim posegom, ko je videolaparoskop v trebušni votlini.
95. S komandnimi tipkami na endoskopu naj zagotavlja izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra. S tem naj omogoča izboljšano diagnozo patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb oziroma lažje prepoznavanje kapilarne in žilne strukture tkiva.
96. Omogoča naj avtoklaviranje kompletnega sistema brez razstavljanja videolaparoskopa.
97. Sterilizacija v sterilizatorju uporabnika STERRAD ali v parni sterilizaciji (Avtoklavu).
98. Priložena kaseta za sterilizacijo ponujene opreme.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

99. Premer optike: največ 10 mm.
100. Rigidno steblo laparoskopa.
101. Kot gledanja: 30°.
102. Kot vidnega polja: najmanj 90°.
103. Globina vidnega polja: najmanj 21-200 mm.
104. Razmerje slike najmanj: 16:9.
105. Delovna dolžina najmanj 330 mm.
106. Teža največ 500 g.

Komplet mora vsebovati:

107. Videolaparoskop, 1 kos.
108. Sterilizacijska kaseta, 1 kos .

6. 2D VIDEOLAPAROSKOP FLEKSIBILNI

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

109. Zagotavljati mora endoskopsko sliko HD tehnologije (High Definition). Ločljivost mora biti najmanj 1920 x 1080.
110. Zagotavlja sistem hitrega priklopa, brez sestavljanja različnih komponent; npr. teleskopa, glave kamere in svetlobnega kabla.

111. Videolaparoskop je sestavljen iz optičnega sistema – optičnega stebra, ročaja z komandnimi tipkami in kabla z integriranim svetlobnim in videokablom. Celoten sistem naj ne bo moč razstaviti.
112. Svetlobni kabel in videokabel integrirana v enem kablu.
113. Svetlobni kabel mora iz teleskopa oziroma ročaja izhajati naravnost iz ročaja optike: brez kota.
114. Z najmanj tremi gumbi za komuniciranje z videoprosesorjem v sterilnem polju (digitalna dokumentacija, nastavitev bele svetlobe, ...).
115. V distalnem delu optike vgrajena najmanj dva CCD čipa.
116. V ročaju vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprosesorja po izboru uporabnika.
117. Avtomatsko ostrenje endoskopske slike (avtofokus).
118. Gretje distalnega dela videolaparoskopa ali teleskopa in posredno CCD čipa: kirurški poseg brez meglenja endoskopske slike od samega začetka laparoskopskega posega mora omogočati grelec CCD čipa.
119. Možnost nadgradnje S sistemom za čiščenje distalnega dela optike med operativnim posegom, ko je videolaparoskop v trebušni votlini.
120. S komandnimi tipkami na endoskopu naj zagotavlja izločanje rdeče barve iz svetlobnega spektra. S tem naj omogoča izboljšano diagnozo patologije oziroma prepoznavanje patoloških sprememb oziroma lažje prepoznavanje kapilarne in žilne strukture tkiva.
121. Omogoča naj avtoklaviranje kompletnega sistema brez razstavljanja videolaparoskopa.
122. Sterilizacija v sterilizatorju uporabnika STERRAD ali v parni sterilizaciji (Avtoklavu).
123. Priložena kaseta za sterilizacijo ponujene opreme.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

124. Premer optike: največ 10mm.
125. Fleksibila konica laparoskopa.
126. Angulacija distalnega dela: gor/dol/desno/levo: 100°.
127. Kot gledanja 0°.
128. Kot vidnega polja: najmanj 100°.
129. Globina vidnega polja: najmanj 18-100mm.
130. Razmerje slike najmanj: 16:9.
131. Delovna dolžina najmanj 370mm.
132. Teža največ 500g.

Komplet mora vsebovati:

133. Videolaparoskop, 1 kos.
134. Sterilizacijska kaseta, 1 kos.

7. INSUFLACIJSKA ENOTA

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

135. Enota se uporablja za laparoskopske operativne posege.
136. Možnost uporabe centralnega sistema bolnišnice za CO₂ plin ali plinsko jeklenko po standardu DIN, cev za priklop je sestavni del ponudbe.
137. Zagotovljena avtomatska aspiracije aerosolov iz trebušne votline pri uporabi ultrazvočnega skalpela in aspiracije dima pri uporabi visokofrekvenčnega kirurškega noža.
138. Zagotovljena naj bo kontrola prekinitve odvodne insuflacijske cevke.

139. Zagotavljati mora kontrolo prekomernega abdominalnega tlaka in opozarjanje nanj.
140. Zagotavlja posebno funkcijo: »Small Cavity Mode« za laparoskopske operative posege na malih otrocih.
141. Digitalni prikazovalniki naj prikazujejo zalogo plina, nastavljen-želeni tlak, dejanski tlak, nastavljen-želeni pretok, dejanski pretok in porabo plina oz. količino insufliranega plina, ki jo je mogoče resetirati s pritiskom na gumb.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

142. Kapaciteta pretoka plina CO₂ naj bo od 0,1 do najmanj 40l/min.
143. Nastavitev abdominalnega tlaka vsaj v območju od 3 do 25 mmHg.
144. Najmanj tristopenjska nastavitev tlaka v trebušni votlini.
145. Zagotavljati mora kontrolo prekomernega abdominalnega tlaka in opozarjanje nanj.

Komplet mora vsebovati:

146. Insufacijsko enoto z vgrajenim avtomatskim odsesavanjem
147. Dovodni kabel za jeklenko po DIN (1kos)
148. Silikonska cevka za aspiracijo (1 kos)
149. Silikonska cevka za insuflacijo plina (1 kos)
150. Stopalka za »ročno« aktiviranje aspiracije dima iz abdominalne votline

8. SNEMALNIK

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

151. Zagotovljeno snemanje fotografij in filmov v visoki ločljivosti na notranjem disku, USB ključku, Blue-ray disku in DVD plošči.
152. Vgrajen notranji disk velikosti vsaj 320GB.
153. Snemanje »full HD« fotografij in filmov v tehnologiji MPEG-4 AVC H.264 Ta tehnologija omogoča snemanje filmov večjih dolžin brez menjave medija (Blu-ray, USB, DVD) med procesom snemanja.
154. Zajemanje fotografij naj bo možen v JPEG, BMP ali TIFF formatu z ločljivostjo 1920 x 1080.
155. Snemanje filmov v 3D tehniki.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

156. Format video kompresije: MPEG-4 AVC/H.264.
157. Format videa: 1920x1080i, 720x480i, 720x576i.
158. Format fotografij: JPEG, BMP, TIFF.
159. Ločljivost fotografij: 1920x1080i, 720x480i, 720x576i.
160. Interni disk: velikost najmanj 320GB.
161. Blu-ray disk: Blu-Ray disk, DVD, USB ključek, USB HDD.
162. možnost proženja snemanja in slikanja preko brezžični upravljalnika in gumba na glavi kamere, videolaparoskopa, endoskopa.
163. Video vhodi: 1x HD/SD-SDI, 1xY/C, 1xkompozitni.
164. USB vhod: 4 x USB 2.0.

Komplet mora vsebovati:

165. Snemalna enota, 1 kos.
166. Brezžični upravljalnik, 1 kos.
167. Povezovalni SDI kabel, 1 kos.
168. USB ključek, velikost najmanj 64GB.

9. ENDOSKOPSKI VOZIČEK

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

169. Primeren za namestitev in transport ponujene endoskopske opreme.
170. Imeti mora najmanj 4 police.
171. Vgrajeno centralno stikalo, ki galvansko preko vgrajenega ločilnega transformatorja loči medicinske aparate od omrežja in aktivira priklop medicinske opreme, ki je nameščena na vozičku.
172. Vgrajen ločilni transformator.
173. Zgornja polica mora vsebovati dve držali za lažji transport vozička.
174. Zaprta hrbtna stran vozička.
175. Kabli morajo biti integrirani v ohišju vozička, z vodili.
176. Stabilna in antistatična kolesa (4x) z dvema zavorama.
177. Vgrajena izvlečna polica za tipkovnico, ki je nameščena pod zgornjo polico.
178. Vgrajena polica/nosilec za namestitev usmernika LCD monitorja. Nosilec LCD monitorja mora biti nastavljen po višini. LCD monitor mora biti omogočeno nastavljati po vertikali ali horizontali ter obračati. Nosilec mora imeti zaporo za lažji transport vozička.
179. Roka za LCD monitor mora zagotavljati veliko mobilnost in prilagodljivost po višini in vzdolžno.
180. Voziček mora biti iz nerjavečih materialov.
181. Nosilec za jeklenko.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

182. Teža vozička: največ 85kg.
183. Širina vozička: največ 650mm.
184. Globina vozička: največ 700mm.
185. Roka za LCD monitor:
 - dovoljena obremenjenost najmanj 14kg,
 - primerno za 32 palčni zaslon.

10. Fleksibilni videogastroskop s pripadajočo opremo (1set)

FUNKCIONALNE ZAHTEVE:

186. V distalnem delu naj bo vgrajen visokoločljivostni barvni CCD čip.
187. Na priklopu za izvor svetlobe, morajo biti vgrajeni priklopi za povezavo z Videoprosesorjem.
188. V povezavi z video procesorjem mora biti zagotovljeno povečanje slike na ekranu.
189. Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje videoprosesorja.
190. Irigacijske črpalke, CO₂ insuflatorja in dokumentacijskega sistema.
191. V povezavi z videoprosesorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa.
192. Zagotovljeno upravljanje videoprosesorja, izvora svetlobe, črpalke in ostale periferne opreme (tiskalnik, dokumentacijski sistem,...) preko najmanj 4 vgrajenih kontrolnih gumbov, ki jih lahko uporabnik sam programira.
193. Zagotavlja naj avtomatsko shranjevanje nastavitve beline v spominski čip endoskopa. Posledično nastavljanje beline endoskopa ni potrebno.
194. Vgrajen spominski čip naj naročniku v povezavi z videoprosesorjem in monitorjem zagotavlja vpogled v naslednje podatke: 1. Model in tip endoskopa, 2. Serijska številka endoskopa, 3. Število uporab endoskopa .

TEHNIČNE ZAHTEVE:

195. Premer distalnega dela naj bo največ 12.9 mm.
196. Premer uvajalnega tubusa po celotni delovni dolžini naj bo največ 12.9 mm.
197. Premer delovnega kanala naj bo najmanj 6,0 mm.
198. Kot vidnega polja naj bo najmanj 140°.
199. Globina vidnega polja naj bo najmanj: 3-100 mm.
200. Upogibanje naj bo najmanj:
 - gor/dol 200° navzgor in 90° navzdol,
 - desno/levo 100° desno in 100° levo.
201. Delovna dolžina endoskopa naj bo največ: 1030 mm.
202. Celotna dolžina endoskopa naj bo največ: 1345 mm.
203. V povezavi z video procesorjem mora biti omogočeno povečanje slike na ekranu.
204. V povezavi z videoprocorsorjem mora biti omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav.

Komplet mora vsebovati:

205. Kovček za prenos endoskopa; 1 kos.
206. Biopsijske prijemalke; 2 kosa.
207. Ustnik za večkratno uporabo-avtoklaviren; 2 kos.
208. Testna kapa; 1 kos.
209. Ščetka za čiščenje kanala-kratka; 1 kos.
210. Adapter za čiščenje aspiracijskega kanala; 1 kos.
211. Adapter za čiščenje kanala voda/zrak; 1 kos.
212. Krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga; 1 kos.
213. Čep za kanal; 1 kos.

Dovoljeno odstopanje od zahtevanih karakteristik: +/- 10%.

Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

SKLOP 2: ENDOSKOPSKI STOLP ZA LAPAROSKOPIJO Z MOŽNOSTJO ICG

1. PROCESOR ENDOSKOPSKE KAMERE

1. Procesor mora zagotavljati polno (FULL HD) kvaliteto slike z resolucijo najmanj 1920x1080 točk in progresivnim skeniranjem slike (1080p).
2. Omogoča prikaz slike v 3D in 2D tehnologiji.
3. 2 x digitalni zoom.
4. Možnost rotacije slike za 180°.
5. Možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike.
6. Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.
7. Omogoča algoritemsko spreminjanje barvnega spektra za boljšo diagnostiko in intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z indociranin zelenim barvilom (ICG).
8. Funkcija enakomerne osvetlitve celotne endoskopske slike in izboljšanje kontrasta slike.
9. Avtomatična nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla.

10. Omogoča naj avtomatsko prilagoditev jakosti svetlobe (ko se približamo tkivu se mora svetloba zmanjšati in obratno, kar omogoča optimalno osvetlitev tkiva).
11. Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice.
12. Funkcija nastavitve testa beline.
13. Vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice.
14. Simultano predvajanje dveh slik ena ob drugi (side-by-side), iz dveh različnih digitalnih virov.
15. Simultano predvajanje dveh slik ena ob drugi (side-by-side), iz istega digitalnega vira v standardnem pogledu in ostalih pogledih s pomočjo spreminjanja barvnega spektra, za izboljšano diagnozo patologije oziroma prepoznave patoloških sprememb.
16. Proženje dokumentacije, slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.
17. USB vhod za shranjevanje FULL HD slike (1920 x 1080), in FULL HD video materiala (1920 x 1080) v MPEG4 formatu.
18. Video izhodi: vsaj 1 x 3G-SDI, vsaj 2 x DVI-D.
19. Vhod za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 x USB.

V kompletu dobaviti:

20. Digitalni modul za priklop glave kamere.
21. Tipkovnica.
22. Potrebni priključni in komunikacijski kabli.
23. USB ključ 64GB.

2. 3D LCD MONITOR VELIKOSTI VSAJ 26"

24. Ravni LCD ekran.
25. Zagotavljati mora reprodukcijo slike v FULL HD resoluciji najmanj 1920 x 1080.
26. Omogočati mora predvajanje 3D in 2D slike.
27. Prikaz slike v razmerju 16:9.
28. Možnost predvajanja dveh FULL HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP).
29. Možnost obračanja slike za 180° in prikaz zrcalne slike.
30. Oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo.
31. Osvetlitev najmanj 350cd/m.
32. Kontrast najmanj 1000:1.
33. Kot gledanje 178°.
34. Odzivni čas največ 8 ms.
35. Video vhodi: 2 x HD-SDI, RGB, S-VIDEO, 2 x DVI.
36. Video izhodi: 2 x HD-SDI, RGB, S-VIDEO, 1 x DVI.
37. Ima naj polarizacijski filter, ki omogoča gledanje 3D slike preko polarizacijskih 3D očal.
38. Menijske tipke na sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve.

Dodatna oprema na 1 monitor:

39. 3D očala (5 kos) in 3D klipi za obstoječa očala z dioptrijo (2 kos).
40. Priključitveni napajalni kabel.

3. IZVOR SVETLOBE

41. Namenjen endoskopskim in diagnostičnim posegom.

42. Izvor svetlobe s xenonsko žarnico ali LED tehnologijo, z močjo 300 W in temperaturo svetlobe 6000 K.
43. Zagotavljati mora hitro sinhronizacijo svetlobe.
44. Filtracija svetlobe za omogočanje spreminjanje svetlobe v različnih valovnih dolžinah za intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z indociranin zelenim barvilom.
45. Imeti mora opozorilni indikator preteka življenske dobe žarnice (xenon verzija.)
46. Nazoren prikaz nastavljene intenzitete svetlobe.

Komplet mora vsebovati:

47. Izvor svetlobe.
48. Adapter za svetlobni kabel.
49. Komunikacijski kabel za povezavo med ostalimi enotami endoskopskega stolpa.

4. ENDOSKOPSKA GLAVA KAMERE ZA FLUORESCENČNO DIAGNOSTIKO

50. FULL HD endoskopska kamera najvišjega standarda z resolucijo 1920 x 1080 točk, progresivnim scanom in slikovnim razmerjem 16:9.
51. Vgrajeni 3 CCD čipi v univerzalni glavi kamere.
52. Omogoča intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z indocianin zelenim barvilom (ICG).
53. Integriran sistem 2-kratne optične povečave.
54. Glava kamere z integriranim videoadapterjem za optiko z okularjem.
55. Programske tipke na glavi kamere morajo omogočati nastavev vseh parametrov iz glave kamere.

5. ELEKTRONSKI CO₂ INSUFLATOR

56. Uporabniku "prijazen" nastavitveni panel, enostavna nastavev in kontrola pritiska plina med procesom insuflacije.
57. Optični in akustični alarm v primeru prekoračenega intra abdominalnega tlaka.
58. Nastavitve pretoka plina: 0 – 50 L/min.
59. Nastavitve tlaka plina: 0 – 30 mmHg (3990 Pa).
60. Gretje plina do 37 °C.
61. Display pritiska insuflacije.
62. Display intra abdominalnega tlaka (0 - 50 mmHg).
63. Display porabe plina (0 – 999 L).
64. V kompletu dobaviti:
 - set silikonskih cevi za insuflacijo (avtoklavirno),
 - integrirano ali samostojno enoto za odvajanje dima,
 - kabel 220 V,
 - ključ za jeklenko,
 - CO₂ filter,
 - insuflacijska cev za povezavo z jeklenko za CO₂ po standardu DIN.

6. 3D VIDEOLAPAROSKOP

65. Zagotavljati mora endoskopsko sliko v 3D in 2D tehnologiji.
66. Premer vstavnega dela optike največ 11 mm.
67. Kot gledanja 30°.
68. Vgrajena najmanj 2 x FULL HD CMOS čipa, nameščena na distalnem delu optike, ločljivost vsaj 1920 x 1080.

- 69. Vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprocetorja po izboru uporabnika.
- 70. Omogoča naj gledanje 3D prikaza slike. Omogočena naj bo izbira katerekoli funkcije opazovanja slike (2D ali 3D) iz sterilnega polja – torej preko gumbov na videolaparoskopu.
- 71. Omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu in plazma sterilizacijo.
- 72. Svetlobni kabel in priključitveni kabel, ki sta lahko tudi integrirana.
- 73. Kaseta za sterilizacijo.

7. LAPAROSKOP

- 74. Rigidni laparoskop z lečnim sistemom, 1 kos.
- 75. Omogoča intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z indociranin zelenim barvilom (IC).
- 76. Premer: največ 10mm.
- 77. Kot gledanja: 30°.
- 78. Garancija na sterilizacijo v parni sterilizaciji (Avtoklavu) za najmanj 2 leti.
- 79. Svetlobni kabel, ki omogoča fluorescenčno diagnostiko s pomočjo ICG aplikacije.
- 80. Kaseta za sterilizacijo.

8. ENDOSKOPSKI VOZIČEK

- 81. Primeren za namestitev ponujenih aparatov.
- 82. Nosilec za monitor.
- 83. Nosilec za jeklenko.
- 84. Na 4 antistatičnih kolesih, 2 z zavoro.
- 85. Nosilec glavnega monitorja; nastavljen v smereh x/y/z.

Dovoljeno odstopanje od zahtevanih karakteristik: +/- 10%.

Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

D) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV**

Ponudnik: _____

Zap. št.	Dokumenti:	Priložen - ustreznost	
		DA	NE
1.	Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1).	DA	NE
2.	Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2).	DA	NE
3.	Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-3).	DA	NE
4.	Izpolnjen obrazec predračuna za sklop 1 (OBR-4) s tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku	DA	NE
5.	Izpolnjen obrazec predračuna za sklop 2 (OBR-5) s tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku	DA	NE
6.	Vzorec pogodbe za sklop 1 in 2 (OBR-6).	DA	NE
7.	Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil (OBR-7).	DA	NE
8.	Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-.1) (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 navodil).	DA	NE
9.	Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-8).	DA	NE
10.	Potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme (glej točko 10 točke 2.12 Navodil ponudnikom).	DA	NE
11.	ES izjave o skladnosti za ponujeno opremo	DA	NE
12.	BON-2 izdan s strani AJPes-a.	DA	NE
13.	Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.3.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 Navodil ponudnikom).	DA	NE
14.	Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 Navodil ponudnikom).	DA	NE
15.	Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.3.2 Navodil ponudnikom).	DA	NE
16.	Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.3.3 Navodil ponudnikom).	DA	NE

Zap. št.	Dokumenti:	Priložen - ustreznost	
17.	Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej točko 1.3.1 Navodil ponudnikom).	DA	NE
18.	Lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (glej opombo k 18. točki točke 2.2 Navodil ponudnikom) .	DA	NE

PONUĐNIK

.....
.....
.....

**IZJAVA O SPREJEMANJU
ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Izjavljamo, da sprejemamo vse zahteve te razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUDNIK

.....
.....
.....

**IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH
PODATKIH**

Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PODATKI O PONUDNIKU

1. Opis predmeta javnega naročila: NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV		
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.		
2. Podatki o ponudniku		
Firma oz. ime:		
Zakoniti zastopnik:		
Identifikacijska številka za DDV:		
Matična številka:		
Številka transakcijskega računa:		
Naslov:		
Telefonska številka:		
Številka telefaksa:		
E-mail:		
Kontaktna oseba:		
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:		
.....		
3. Skupna ponudba:	DA¹	NE
Ponudniki v skupni ponudbi:		
1.		
2.		
3.		

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

¹ V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti v točki 2 za vsakega partnerja skupne ponudbe.

PONUDNIK

.....

.....

.....

Številka:

Datum:

PREDRAČUN za sklop 1

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV	DDV (%)	Vrednost brez DDV
1.	LAPAROSKOPSKI VIDEO SISTEM					
1.1	Videoprosesor	kos	2			
1.2	Enota za reprodukcijo 3D laparoskopske slike	kos	1			
1.3	Spiralni kabel za priključitev obstoječih videogastroskopov in videokolonoskopov	kos	1			
1.4	Videokabel - SDI	kos	1			
1.5	Videokabel - DVI	kos	1			
2.	ENDOSKOPSKI IZVOR SVETLOBE S PRIPADAJOČO OPREMO					
2.1	Izvor svetlobe	kos	1			
2.2	Povezovalni sinhronizacijski kabel med izvorom svetlobe in videoprosesorjem	kos	1			
3.	ENDOSKOPSKI MONITOR S PRIPADAJOČO OPREMO					
3.1	Endoskopski monitor	kos	1			
3.2	Očala za 3D opazovanje	kos	5			
3.3	Očala za 3D opazovanje za namestitve na obstoječa očala z dioptrijo	kos	2			
3.4	Priključni kabli	kpl.	1			
4.	3D VIDEOLAPAROSKOP S PRIPADAJOČO OPREMO					
4.1	3D videolaparoskop	kos	1			
4.2	Sterilizacijska kaset	kos	1			
4.3	Tester tesnosti	kos	1			
5.	2D VIDEOLAPAROSKOP RIGIDNI s sterilizacijsko kaseto					

5.1	2D Videolaparoskop RIGIDNI	kos	1			
5.2	Sterilizacijska kaseta	kos	1			
6.	2D VIDEOLAPAROSKOP FLEKSIBILNI s sterilizacijsko kaseto					
6.1	2D Videolaparoskop FLEKSIBILNI	kos	1			
6.2	Sterilizacijska kaseta	kos	1			
7.	INSUFLACIJSKA ENOTA S PRIPADAJOČO OPREMO					
7.1	Insufacijska enota z vgrajenim avtomatskim odsesavanje	kos	1			
7.2	Dovodni kabel za jeklenko po DIN	kos	1			
7.3	Silikonska cevka za aspiracijo	kos	1			
7.4	Silikonska cevka za insuflacijo plina	kos	1			
7.5	Stopalka za »ročno« aktiviranje aspiracije dima iz abdominalne votline		1			
8.	SNEMALNIK S PRIPADAJOČO OPREMO					
8.1	Snemalna enota	kos	1			
8.2	Brezžični upravljalnik	kos	1			
8.3	Povezovalni SDI kabel	kos	1			
8.4	USB ključek, velikost najmanj 64 GB	kos	1			
9.	ENDOSKOPSKI VOZIČEK	kos	1			
10.	FLEKSIBILNI VIDEOGASTROSKOP S PRIPADAJOČO OPREMO					
10.1	Fleksibilni videogastroskop	kos	1			
10.2	Kovček za prenos endoskopa	kos	1			
10.3	Biopsijske prijemalke	kos	2			
10.4	Ustnik za večkratno uporabo-avtoklaviren	kos	2			
10.5	Testna kapa	kos	1			
10.6	Ščetka za čiščenje kanala-kratka	kos	1			
10.7	Adapter za čiščenje aspiracijskega kanala	kos	1			
10.8	Adapter za čiščenje kanala voda/zrak	kos	1			
10.9	Krtačka za čiščenje delovnega kanala-dolga	kos	1			
10.10	Čep za kanal	kos	1			
				Davčna osnova		
				Znesek davka		
				Za plačilo v EUR z DDV		

Z.Š.	Oprema:	Proizvajalec:	Tip ponujene opreme:
1.	Videoprosesor		
2.	Enota za reprodukcijo 3D laparoskopske slike		
3.	Izvor svetlobe		
4.	Endoskopski monitor		
5.	3D videolaparoskop		
6.	2D Videolaparoskop – RIGIDNI		
7.	2D Videolaparoskop - FLEKSIBILNI		
8.	Insufacijska enota z vgrajenim avtomatskim odsesavanjem		
9.	Snemalna enota		
10.	Endoskopski voziček		
11.	Fleksibilni videogastroskop		

Opomba:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji jasno in nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUDNIK

.....

.....

.....

Številka:

Datum:

PREDRAČUN za sklop 2

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV	DDV (%)	Vrednost brez DDV
1.	PROCESOR ENDOSKOPSKE KAMERE S PRIPADAJOČO OPREMO					
1.1	Procesor endoskopske kamere	kos	1			
1.2	Digitalni modul za priklop glave kamere	kos	1			
1.3	Tipkovnica	kos	1			
1.4	Potrebni priključni in komunikacijski kabli	kos	1			
1.5	USB ključ 64GB	kos	1			
2.	3D LCD MONITOR S PRIPADAJOČO OPREMO					
2.1	3D LCD monitor velikosti vsaj 26"	kos	1			
2.1	3D očala	kos	5			
2.3	3D klipe za obstoječa očala z dioptrijo	kos	2			
2.4	Priključitveni napajalni kabel	kos	1			
3.	IZVOR SVETLOBE					
3.1	Izvor svetlobe	kos	1			
3.2	Adapter za svetlobni kabel	kos	1			
3.3	Komunikacijski kabel za povezavo med ostalimi enotami endoskopskega stolpa	kos	1			
4.	ENDOSKOPSKA GLAVA KAMERE ZA FLUORESCENČNO DIAGNOSTIKO	kos	1			
5.	ELEKTRONSKI CO₂ INSUFLATOR	kos	1			
6.	3D VIDEOLAPAROSKOP	kos	1			
6.1	Svetlobni kabel in priključitveni kabel	kos	1			

6.2	Kaseta za sterilizacijo	kos	1			
7.	LAPAROSKOP	kos	1			
7.1	Svetlobni kabel, ki omogoča fluorescenčno diagnostiko s pomočjo ICG aplikacije	kos	1			
7.2	Kaseta za sterilizacijo	kos	1			
8.	ENDOSKOPSKI VOZIČEK	kos	1			
				Davčna osnova		
				Znesek davka		
				Za plačilo v EUR z DDV		

Z.Š.	Oprema:	Proizvajalec:	Tip ponujene opreme:
1.	PROCESOR ENDOSKOPSKE KAMERE		
2.	3D LCD monitor VELIKOSTI 26" ALI 27"		
3.	Izvor svetlobe		
4.	ENDOSKOPSKA GLAVA KAMERE ZA FLUORESCENČNO DIAGNOSTIKO		
5.	ELEKTRONSKI CO ₂ INSUFLATOR		
6.	3D VIDEOLAPAROSKOP		
7.	LAPAROSKOP		
8.	ENDOSKOPSKI VOZIČEK		

Opomba:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji jasno in nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

Žig in podpis ponudnika:

.....

VZOREC POGODBE (za sklopa 1 in 2)

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec),
identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150

in podjetjem:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV:
matična številka prodajalca:

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) na podlagi javnega naročila po odprtem postopku za dobavo blaga: »**NABAVA DVEH ENDOSKOPSKIH STOLPOV**«, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122, izbral prodajalca za dobavo opreme, ki je predmet te pogodbe.

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava **endoskopskega stolpa za sklop(a)**..... (v nadaljevanju: oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi št., z dne (v nadaljevanju: ponudba), katero je prodajalec predložil na podlagi javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in razpisna dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- montaža vse ponujene opreme,
- zagon opreme,

- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca.

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo, ki je predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

4. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in montirati v prostore OP bloka Klinike za kirurgijo.

Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 3. člena te pogodbe v roku največ 60 dni od sklenitve te pogodbe, sicer lahko kupec v breme prodajalca to pogodbo razdre.

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenata predstavnika prodajalca in kupca.

Pooblaščen predstavnik kupca je

Pooblaščen predstavnik prodajalca je

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu najmanj 12 mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

5. člen

Ob primopredaji opreme mora prodajalec kupcu izročiti še:

1. tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. navodila za uporabo in ravnanje za vso dobavljeno in montirano opremo v slovenskem jeziku;
3. garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme za obdobje najmanj 12-ih mesecev od datuma podpisa primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe.

6. člen

Kupec se obvezuje plačati kupnino v skupni vrednosti EUR z DDV, v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika iz 4. člena te pogodbe na transakcijski račun prodajalca št. pri banki

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13).

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (prevozni, špeditorski, carinski, dobave, montaže, zagona, stroški šolanja, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.

Cene veljajo ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo in montirano v prostore OP bloka Klinike za kirurgijo.

Cene in vrednost za plačilo so fiksne.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz drugega odstavka tega člena.

7. člen

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno (po faksu, po pošti ali po elektronski pošti).

S strani proizvajalca opreme, bo pooblaščen servis pristopil k odpravi napake, najkasneje v roku 24-ih ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti najkasneje v 48-ih urah, sicer bo kupec popravilo naročil pri tretji osebi v breme prodajalca. V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po specifikaciji iz ponudbe, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v specifikaciji ponudbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

8. člen

Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj osem (8) let od datuma podpisa primopredajnega zapisnika.

9. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-2 in OZ.

10. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

11. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

12. člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

13. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

14. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC MARIBOR

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.

PONUĐNIK

.....

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave, t.j. OBR-7.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nismo bili ali naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
 - ponaredek ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
 - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
 - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
 - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
 - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
 - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
 - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
 - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
 - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
 - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
 - pranje denarja (245. člen KZ-1),
 - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
 - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
 - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
 - davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
 - tihotapstvo (250. člen KZ-1),
 - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
 - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
 - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
 - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
 - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);
2. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;
 3. na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
 4. nismo v postopku prisilne poravnave ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 5. nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
 6. nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju;
 7. smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugemu organu; **Opomba!**
 8. smo vpisani na Seznam poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Opomba k točki 7:

Ustrezno izpolnite:

V sodnem registru smo vpisani pod vložno številko oz. pod številko vpisa pri Davčnem uradu, številka

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PODIZVAJALEC

.....

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCEV

S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje predložitev te izjave, t.j. OBR-7.1.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se kot podizvajalec ponudnika

.....

prijavljamo za javno naročilo za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122.

Dne:

Žig in podpis podizvajalca:

.....

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o zakonitih zastopnikih¹:

2.1 Zakoniti zastopnik:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.2 Zakoniti zastopnik:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2), da za potrebe javnega naročila za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 30.03.2016, številka objave JN2292/2016 in v Uradnem listu EU, datum objave 01.04.2016, številka objave 2016/S 064-110122, pridobi naslednje podatke:

- od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilne poravnave, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- od sodišča potrdilo, da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.

1. Žig:

(podpis zakonitega zastopnika)

2. Kraj in datum:

(podpis zakonitega zastopnika)

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo blaga: Nabava dveh endoskopskih stolpov.

¹ V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih.