

Štev.: 460-E-DS-330/16
Dne: 13.04.2016

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije

Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „EMG aparat s priborom in potrošnim materialom“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 23.03.2016, številka objave JN2031/2016, naročnik **dopolnjuje in spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

Naročnik na podlagi podanih odgovorov na prejeta vprašanja dopolnjuje 13. točko Specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»EMG programska oprema mora biti kompatibilna s podatkovno bazo EMG sistema na UKC Maribor, Oddelek za nevrološke bolezni«

s sledečo zahtevo:

- Knjižnica je shranjena v aplikaciji Synergy verzija 14.1. Nov aparat mora omogočati branje podatkov posnetih z aplikacijo Synergy 14.1 in Plinth Software 2.48.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).