

Štev.: DS-522/15

Dne: 05.08.2015

## ZADEVA: **Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije**

Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „19 – Dializni material“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.06.2015, številka objave JN3939/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 17.06.2015, številka objave 2015/S 115-207942, naročnik **dopolnjuje in spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

### **1. Polisulfonski dializatorji I**

- Sieving koeficient za albumine  $\leq 0,001$ , dovoljeno odstopanje je do 10%.
- Debelina membrane 35mikro metrov, dovoljeno odstopanje je do 10%.

### **2. Polisulfonski dializatorji II**

- Ultrafiltracijski koeficient membrane (KUF)  $\geq 80$  ml/h/mmHg.
- Sieving koeficient:
  - beta 2-mikroglobulin  $\geq 0,8$ , dovoljeno odstopanje je do 10%;
  - za albumine  $< 0,001$ , dovoljeno odstopanje je do 10%.
  - Debelina membrane: 45mikro metrov, dovoljeno odstopanje je do 10%.

### **3. Dvolumenski katetri (skupina 9) in trolumenski kateter (skupina 10)**

V skupinah 9 in 10 lahko ponudniki ponudijo katetre v setu z ali brez skalpela.

### **4. Dvolumenski katetri (skupina 9) in trolumenski kateter (skupina 10)**

Ponudniki lahko ponudijo tudi sete z uvajalno žico, ki je graduirana po dolžini 10cm, 20cm, 30cm in 35cm. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

### **5. Skupina 9 Dvolumenski katetri, ident 919025**

Ponudniki lahko ponudijo katetre dolžin 10cm, 11cm ali 13cm.

### **6. Skupina 9 Dvolumenski katetri, identa 919026 in 919027**

Ponudniki lahko ponudijo kateter, ki ima dva neodvisna lumna v obliki črke D (dvojni D lumen konfiguracija) in v vsem ostalem ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

### **7. Skupina 9 Dvolumenski katetri, ident 919034**

Ponudniki lahko ponudijo kateter, ki ustreza vsem razpisanim tehničnim karakteristikam in je izdelan iz mehkega biokompatibilnega Carbothane materiala. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

#### **8. Skupina 10 Trolumenski kateter, ident 919029**

Ponudniki lahko ponudijo kateter, trolumenski, raven, iz fleksibilnega biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 17cm, 20cm in 24cm, katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

#### **9. Skupina 10 Trolumenski kateter, ident 919030**

Ponudniki lahko ponudijo kateter, trolumenski, ukrivljen, iz fleksibilnega biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 15cm in 17cm, katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ([www.ukc-mb.si](http://www.ukc-mb.si)).