

Štev.: DS-529/15
Dne: 07.08.2015

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije

Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „19 – Dializni material“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.06.2015, številka objave JN3939/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 17.06.2015, številka objave 2015/S 115-207942, naročnik **dopolnjuje in spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

Dvolumenski katetri (skupina 9), ident 919028

Ponudniki lahko ponudijo dvolumenski kateter, ki ustreza vsem razpisanim tehničnim karakteristikam: raven, iz biokompatibilnega mehkega poliuretana, z dvema neodvisnima okroglima lumnoma po celi dolžini za doseganje ustreznega pretoka krvi do 400 ml/min, odporen na prepogibanje, ima mehko konico, ki zagotavlja čim manjšo recirkulacijo krvi, ima utore za preprečitev zamažitve stranskih odprtin, rotacijski šivni obroček in hemostatsko valvulo, ki omogoča hitro in varno uporabo brez stiščkov, premera 12FR in 14FR. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).