

Štev.: 460-E-DS-678/16
Dne: 22.09.2016

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „Aparat za ultrazvočno rezanje s potrošnim materialom“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24.08.2016, številka objave JN004886/2016-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 25.08.2016, številka objave 2016/S 163-293635, naročnik **dopolnjuje in spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

1. V primeru, da so določeni materiali predvideni za večkratno uporabo oz. za določeno časovno obdobje lahko ponudnik pripravi ponudbo za potrošni material za vse vrste in količine operacij samo na lastnem obrazcu.

Na lastnem obrazcu pa mora v tem primeru ponudnik za vsako posamezno operacijo navesti katere vrste potrošnih materialov je ponudnik za vsako posamezno operacijo ponudil.

Ponudnik mora za tiste vrste potrošnih materialov, ki se namenjeni za večkratno uporabo na lastnem obrazcu tudi navesti koliko krat se vsak posamezni material lahko uporabi, preden se zavrže oz. kakšno časovno obdobje se lahko uporablja preden se zavrže.

2. Zahteva za ročnike iz specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi:

»Ročniki morajo biti sterilni in za večkratno uporabo«.

Se nadomesti s sledečo zahtevo:

»Ročniki morajo biti za večkratno uporabo in morajo biti primerni za sterilizacijo.

3. Pri operacijah kraniotomije in resekcije meningeomov se zahtevajo konice za trde-fibrozne tumorje.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).