

Štev.: 460-E-DS-544/16
Dne: 05.08.2016

ZADEVA: Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „Aparat za tromboelastometrijo s potrošnim materialom“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 25.07.2016, številka objave JN004044/2016-B01, naročnik **spreminja** razpisno dokumentacijo, kot sledi:

»Zahteva iz specifikacije zahtev naročnika pod številko 10, ki se glasi:

- možnost izvedbe meritev v temperaturnem območju 30-40°C; pred nastavljena temperatura naj bo 37°C,

se nadomesti s sledečo zahtevo:

- aparat naj omogoča izvajanje meritev na temperaturi 37 °C«.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).