

Številka: 460-E-EN-GZ-109/18

Datum: 26. 11. 2018

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA CENTRIFUGE S HLAJENJEM**

Specifikacija zahtev naročnika:

Centrifuga s hlajenjem kot. npr.:

- Centrifuga s hlajenjem kot. npr. centrifuga Megafuge 16R (kat. št. 75004270) – 1 kom
- štirimestni nihajoči rotor TX400 (kat. št. 75003181) – 1 kom
- komplet kivet za 4x400 ml za TX 400 (kat. št. 75003655) – 1 kom
- adapter za 10 ml (kat. št. 75003681) – 1 kom
- adapter za 5/7 ml (kat. št. 75003680) – 1 kom

proizvajalca Thermo Scientific ali enakovredno.

Naročnik je v Specifikacijah zahtev naročnika navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Rok dobave: **25. november 2018.**

Ker je za naročnika rok dobave izrednega pomena, bo v primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **29. oktober 2018 do 10. ure**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **460-E-EN-GZ-109/18**.