

VABILO K PREDLOŽITVI PONUDBEŠtevilka: **SB 281/2018**

Datum: 30. 8. 2018

Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za:

NAJEM ANESTEZIJSKIH APARATOV

Ponudbo izpolnite na priloženem obrazcu.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati vse stroške (npr. prevozne, špeditorske, carinske, ter morebitne druge stroške, drobní in vezni material, delo), popuste in rabate.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost ponudbe.

Najugodnejšemu ponudniku bo naročnik izdal naročilnico za opravljanje storitve.

Naročnik bo poravnal račun v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13).

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe na e-poštna naslova:

sanja.belko@ukc-mb.sinabava@ukc-mb.siPonudbe je treba predložiti do ponedeljka, **3. 9. 2018 do 12.00**.

Pravočasna bo tista ponudba, ki bo predložena naročniku do roka, določenega v prejšnjem odstavku.

Če bo ponudba predložena po poteku določenega datuma in ure, se bo štelo, da je ponudba bila predložena prepozno.

Hvala in lep pozdrav.

Sestavila:
Sanja BelkoVodja nabave nezdr. mat. in storitev
mag. Boris Petre, univ. dipl. ekon. l.r.Priloga: - specifikacija zahtev naročnika
- obrazec podatki o ponudniku
- obrazec ponudbe

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet: **Najem anestezijskih aparatov**

Naročnik bo za **obdobje šestih mesecev** najel **štiri anestezijske aparate**, ki bodo ustrezali naslednjim tehničnim zahtevam:

Anestezijski aparat
Opis:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Inhalacijska anestezija s povratnim dihalnim sistemom
Inhalacijska anestezija s skoraj zaprtim dihalnim sistemom za uporabo majhnih in minimalnih pretokov.
Inhalacijska anestezija z nepovratnim dihalnim sistemom in ločenim izhodom svežega plina.
Vgrajeni anestezijski monitor za prikaz podatkov in krivulj:
barvni, TFT-LCD zaslon (diagonala najmanj 310 mm)
inspiracijska in ekspiracijska koncentracija dušikovega oksidula (N ₂ O), hlapnega anestetika (izofluran, sevofluran, desfluran), ogljikovega dioksida (CO ₂) in kisika (O ₂)
največji (Ppeak), srednji (Pmean) tlak, tlak na platoju (Pplat, PEEP)
izdihani minutni volumen (MV) in frekvenca dihanja (f)
sistemska podajnost (komplianca) in minutni volumen puščanja (leakage)
tlak v dihalnih poteh (Paw)
inspiracijski in ekspiracijski pretok (V)
inspiracijski in ekspiracijski dihalni volumen (Vt), volumen puščanja (leakage)
Volumeter
Trend
samodejna prepoznava vrste anestetika
podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC)
možnost ročne nastavitve mejnih vrednosti za alarmiranje in grafični prikaz nastavljenih mej za pripadajoče krivulje
Elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator:
vdihani volumen od 20 ml do 1400 ml pri frekvencah 4/ min do 100/ min pri volumensko kontrolirani ventilaciji, zvezno nastavljen v celotnem območju
največji pretok vsaj 120 l/ min
prostorninsko krmiljeno predihavanje (IPPV, SIMV)
tlačno krmiljeno predihavanje (PCV)
tlačna podpora (PS, PS CPAP) z varnostno apnea ventilacijo.
ročno predihavanje
spontano dihanje
nastavljen prožilec (trigger)
PEEP od 0 mbar do 20 mbar
ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklon na delovanje z vgrajeno baterijo (UPS) vsaj 60 min.
vgrajen absorber ogljikovega dioksida
ogrevani pacientni del (ogrevanje dihalne zmesi)
Elektronski mešalec plinov:
odmerjanje plinov kisik, dušikov oksidul in zrak
območje odmerjanja od 200 mL/ min do vsaj 15 L/ min
nadzorovanje vhodnih tlakov plinov iz centralne oskrbe z medicinskimi plini in jeklenk
zagotavljanje minimalne koncentracije kisika (25%) pri anesteziji z majhnimi in minimalnimi pretoki

izpiranje sistema s čistim kisikom (O2- Flush) do
varnostni pretok kisika preko hlapilnika do 12L/ min, neodvisno od delovanja aparata.
prikaz pretokov posameznih plinov in mešanic v številčni in grafični obliki
Drugo:
potrebni pribor za uporabo
natični priključni sistem za dva hlapilnika- draeger tip
izhod svežega plina (A- konus)
sistem za odvod anestezijskih plinov
Monitor življenskih funkcij:
LCD TFT zaslon aktiven na dotik (touch screen)
prikaz naslednjih parametrov:
- EKG /respiracija
- NIBP - neinvazivno merjenje krvnega tlaka
- SpO2 - saturacija arterijske krvi s kisikom z naprsto ščipalko za odrasle
- vsaj 1x temperatura
- s priborom za odraslega bolnika

Ponudnik mora:

- zagotoviti, da bodo aparati predani v uporabo **najkasneje 15 dni** po izdaji naročilnice;
- zagotoviti dobavo, postavitve aparatov ter poskusni zagon in šolanje za pravilno in varno uporabo;
- za celotno obdobje najema brezplačno zagotoviti vse rezervne dele, vzdrževanje, pooblaščen in usposobljen servis in prevzem vseh ostalih stroškov delovanja aparatov in pripadajoče opreme;

Ostale zahteve naročnika:

- odzivni čas v primeru nedelovanja:
 - takoj – po telefonu;
 - v kolikor težave ni možno rešiti po telefonu, odzivni čas servisa je 24 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak. V kolikor popravilo v navedenem času ni mogoče, mora ponudnik nedelujoči aparat še isti dan ali takoj naslednji delovni dan zamenjati z novim oziroma z delujočim aparatom;
 - naročnik bo enostransko prekinil sodelovanje s ponudnikom, v kolikor aparata ne bo mogel uporabljati več kot 25 ur v obdobju enega meseca;
 - v kolikor bo naročnik zaradi nedelovanja aparata prisiljen v enostransko odpoved najemnega razmerja, bo za nastale stroške sorazmerno zmanjšal plačilo zadnje najemnine.

Naročnik bo za uporabo naprave plačeval mesečni pavšal. Opravljene storitve bo naročnik plačeval na podlagi pravilno izstavljenega računa.

Cena iz ponudbe je fiksna za časa trajanja naročila.

PODATKI O PONUDNIKU

1. Opis predmeta javnega naročila: NAJEM ANESTEZIJSKIH APARATOV
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 Številka telefaksa:
2.9 E-mail:
2.10 Kontaktna oseba:
2.11 Odgovorna oseba:

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

PONUDNIK

Št.:

Datum:

P O N U D B A

 Predmet: **Najem anestezijskih aparatov**

Tip aparata: _____

Proizvajalec: _____

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV	Vrednost brez DDV
1.	Najem štirih (4) anestezijskih aparatov	mesec	6		
				Skupaj vrednost brez DDV:	
				Znesek davka:	
				Skupaj vrednost (4 aparati za obdobje 6 mesecev) v EUR z DDV:	
				Vrednost mesečne najemnine z DDV za 1 aparat:	

Dokazila:

- Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....