

Štev: 460-I-DeS-304/17

Datum: 15.06.2017

ZADEVA: Pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2017-2018«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 26.05.2017, številka objave JN005406/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 27.05.2017, številka objave 2017/S 101-200668, vam podajamo odgovor na vprašanje, vključno z navedbo vprašanja, kot sledi:

Vprašanje:

Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanja za sklop 49; elektrode EKG, manšete za RR

IDENT 610917; manšeta za RR, 2 cevna, 17-25cm, odrasla-mala

a) Prosimo opredelite ali potrebujete manšeto za večkratno uporabo ali za enega pacienta.

b) Prav tako vas prosimo, da opredelite kakšne konekte potrebujete na koncu manšete oz. za katere aparate.

IDENT 610925; manšeta za RR, 2 cevna, 38-50cm, odrasla-velika

a) Prosimo opredelite ali potrebujete manšeto za večkratno uporabo ali za enega pacienta.

b) Prav tako vas prosimo, da opredelite kakšne konekte potrebujete na koncu manšete oz. za katere aparate.

c) Velikost 38-50 cm ima v našem portfoliju stegenska manšeta, ki se v praksi uporablja tudi kot nadlahtna manšeta pri zelo velikih pacientih.

IDENT 610909; manšeta za RR, 1 cevna, 17-25cm, odrasla-mala

Prosimo opredelite ali potrebujete manšeto za večkratno uporabo ali za enega pacienta.

Prav tako vas prosimo, da opredelite kakšne konekte potrebujete na koncu manšete oz. za katere aparate.

IDENT 339725; manšeta za RR, 1 cevna, širina 14cm, 27-37,5cm, odrasla-srednja

a) Prosimo opredelite ali potrebujete manšeto za večkratno uporabo ali za enega pacienta.

b) Prav tako vas prosimo, da opredelite kakšne konekte potrebujete na koncu manšete oz. za katere aparate.

c) Ali vam lahko ponudimo dim. 23-33 cm ali 31-40cm?

IDENT 419974; manšeta za RR, 1 cevna, širina 17cm, 37-51cm, odrasla-velika

a) Prosimo opredelite ali potrebujete manšeto za večkratno uporabo ali za enega pacienta.

b) Prav tako vas prosimo, da opredelite kakšne konekte potrebujete na koncu manšete oz. za katere aparate.

c) Ali vam lahko ponudimo dim. 31-40cm?

Odgovor:

Sklop 49 – identit 610917, 610925, 610909, 339725 in 419974:

Odgovori se nanašajo na vse idente navedene v vprašanju.

Manšete morajo biti za večkratno uporabo z možnostjo dezinfekcije in mehničnega čiščenja.

Ponudniki morajo ponuditi dimenzije manšet skladno z zahtevami naročnika z možnostjo odstopanja od zahtevanih dimenzij +/- 10%.

V prilogi so naštetih aparati in konekti, ki jih uporabljamo v UKC Maribor.

Lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/>).

Priloga:

- Bayonet konektor – Datascope, Draeger, Siemens, Physio Control, Mindray, Philips, Spacelabs, Mindray, Schiller



- POPPA konektor – BLT



- Submin konektor – GE, Nihon Kohden

