

Štev: 460-I-DeS-1001/17
Datum:13.12.2017

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »13 - MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 14.11.2017, številka objave JN009562/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 15.11.2017, številka objave 2017/S 219-454918, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Sklop 1 – ident 509426:
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 671,2329 EUR brez DDV za kos.
2. Sklop 4 – ident 900920:
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator, najnovejše generacije, ki omogoča analizo ST segmenta in ima volumen 31 cm³ ter ima »stored moč« sodobnega bifaznega šoka 39 J.
3. Sklop 4 – ident 900921:
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki ima volumen 31 cm³ in »stored moč« sodobnega bifaznega šoka 39 J.
4. Sklop 4 – ident 900915:
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki omogoča prepoznavanje počasnih prekatnih tahikardij od 101 do 120 utripov/min.
5. Sklop 4 – ident 900958:
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki omogoča prepoznavanje počasnih prekatnih tahikardij od 101 do 120 utripov/min.
6. Sklop 4 – ident 900926:
Ponudniki lahko ponudijo tudi CRT defibrilator najnovejše generacije volumna 38 cm³, ki omogoča MRI slikanje celega telesa (Full body), s konektorjem IS1, DF4.
7. Sklop 4 – ident 900916:
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 8.549,2246 EUR brez DDV za kos.
8. Sklop 4 – ident 900917:
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 10.491,2794 EUR brez DDV za kos.
9. Sklop 6 – ident 900965:
Ponudniki lahko ponudijo tudi diagnostične koronarne katetre s posebno hidrodinamično zunanjo površino katetra, ki omogoča enostavno vstavljanje in pasažo turtuoznih anatomij in zanesljiv dostop do koronarnih žil.
10. Sklop 7 – ident 900962:
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 383,5616 EUR brez DDV za kos.
11. Sklop 7 – ident 920086:
Ponudniki lahko ponudijo tudi vodilne koronarne katetre v velikosti 5F (ID=0,057", OD= 0,070"), 6F (ID=0,070", OD= 0,082"), 7F (ID=0,078", OD= 0,092") in 8F (ID=0,088", OD= 0,105").

12. Sklop 13 – ident 900717:
Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokater za lažje pasiranje stenoz, zunanja hidrofilna prevleka in notranji Pebax material, pletena jeklena konstrukcija, 2.5 F po celi dolžini, dolžine 135 cm in 150 cm, proksimalni lumen 0.021", ki ima konico, ki se lahko oblikuje, v kolikor ustreza ostalim lastnostim iz specifikacije zahtev naročnika.
13. Sklop 13 – ident 920093:
Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokater, premera 2.8F, notranjega premera 0.025" in premera 2.5F, notranjega premera 0.021", Pebax material s konico, ki se lahko oblikuje, v kolikor ustreza ostalim lastnostim iz specifikacije zahtev naročnika.
14. Sklop 13 – ident 920090:
Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokater za kronične totalne okluzije, s konico v celoti vidno pod fluoroskopom, odporen na kinkanje.
15. Sklop 19 – ident 900724:
Ponudniki lahko ponudijo tudi stabilizacijsko zunanje uvajalo dolžine 36,5 cm.
16. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI
Točka 4:
Ponudniki lahko ponudijo tudi velikost do 31,5 oz. 33,6 cm².
17. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI
Točka 5:
Ponudniki lahko ponudijo tudi zaznavanje zelo počasnih VT z 100-200/min. namesto zelenih 90/120.
18. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI
Točka 7:
Ponudniki lahko ponudijo tudi modele z deskriminacijskim algoritmi, ki ne temelji na kriteriju morfologije in je priznan kot eden izmed boljših algoritmov.
19. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI
Točke 8, 9, 10 in 13:
Ponudniki lahko ponudijo tudi nov model v kolikor je neposredni naslednik modela, ki ima opravljeno raziskavo, kot je navedeno v razpisnih pogojih. Ponudniki morajo navesti potrebne raziskave predhodnega modela in raziskave za nov model, ki so v teku in morajo biti pod okriljem oz. nadzorom HRS in/ali EHRA.

Popravki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/>).