

Štev: 460-I-DeS-460/17

Datum: 29.08.2017

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »TEKSTILNI IZDELKI«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 27.07.2017, številka objave JN007154/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 28.07.2017, številka objave 2017/S143-294135, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Sklop 17 – ident 622168:
Ponudniki lahko ponudijo tudi velikost rokavic od številke 8 – 10.
2. Sklop 2 – ident 145696:
Naročnik dopolnjuje opis za artikel pod identom 145696. Material kaučuk/ bombaž od 250 g do 300 g v sivi ali beli barvi, pranje na 30 °C.
3. Sklop 2 – ident 144975:
Naročnik dopolnjuje opis za artikel pod identom 144975. Posteljni vložek enodelni veliki je dimenzij 200 cm x 90 cm x 15 cm. Na željo naročnika se dimenzija prilagodi glede na velikost postelje, vendar ne več kot 10 % v dolžino. Jedro posteljnega vložka mora biti izdelano iz spominske pene specifične gostote 35 kg/m³, dovoljeno odstopanje je 3 %. Zaradi boljšega prilagajanja k ležišču mora imeti zareze (utore) z obeh strani, biti zračno in odporno proti nastajanju pršic.
Posteljni vložek mora imeti osnovno prevleko in dodatno zaščitno prevleko. Osnovna prevleka je izdelana iz mehke pletenine 100 % PES. Pri straneh ima všito zadrgo v obliki črke L. Dovoljeno pranje 95 °C, sušenje 120 °C in dezinfekcija na 105 °C.
Dodatna zaščitna prevleka izdelana kot osnovna prevleka in mora biti vodonepropustna in zračno propustna. Dovoljeno pranje v industrijskih pralnih strojih na 95 °C in sušenje do 120 °C.
4. Sklop 2 – ident 144983:
Naročnik dopolnjuje opis za artikel pod identom 144983. Posteljni vložek otroški je dimenzij 100 cm x 60 cm x 15 cm. Na željo naročnika se dimenzija prilagodi glede na velikost postelje, vendar ne več kot 10 % v dolžino. Jedro posteljnega vložka mora biti izdelano iz spominske pene specifične gostote 35 kg/m³, dovoljeno odstopanje je 3 %. Zaradi boljšega prilagajanja k ležišču mora imeti zareze (utore) z obeh strani, biti zračno in odporno proti nastajanju pršic.
Posteljni vložek mora imeti osnovno prevleko in dodatno zaščitno prevleko. Osnovna prevleka je izdelana iz mehke pletenine 100 % PES. Pri straneh ima všito zadrgo v obliki črke L. Dovoljeno pranje 95 °C, sušenje 120 °C in dezinfekcija na 105 °C.
Dodatna zaščitna prevleka izdelana kot osnovna prevleka in mora biti vodonepropustna in zračno propustna. Dovoljeno pranje v industrijskih pralnih strojih na 95 °C in sušenje do 120 °C.
5. Sklop 2 – ident 144123:
Naročnik dopolnjuje opis za artikel pod identom 144123. Zaščitna prevleka izdelana tako, da zaščiti vse površine posteljnega vložka, pri straneh mora imeti všito zadrgo v obliki črke L.

Glede na surovinsko sestavo mora biti vodonepropustna in zračno propustna. Dovoljeno pranje v industrijskih pralnih strojih na 95 °C in sušenje do 120 °C. Model po vzorcu naročnika.

Popravki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>),
- Spletni strani naročnika (<http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/>).