

Štev.: 460-E-DS-679/18
Dne: 11.12.2018

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 07.11.2018, številka objave JN007710/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 08.11.2018, številka objave 2018/S 215-491728, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Ident 476811

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezno kanilo za ostialno koronarno dajanje kardioplegije dolžine 24 cm, 10,5F in s konico 90°. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

2. Naročnik spreminja merilo za skupino 13 iz »najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga brez DDV« v »najnižja končna cena posamezne vrste blaga brez DDV«.

Pri skupini 13 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.

Ponudnik mora zagotavljati razpisane vrste in količine blaga, za katere oddaja ponudbo (velja za skupine 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 in 13).

Ponudnik mora zagotavljati 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin za katere oddaja ponudbo (velja za skupine 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17 in 18).

3. Ident 472611

Ponudniki lahko ponudijo tudi klip, katerega velikost zaprtega klipa je 3,7 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

4. Ident 912011

Prišlo je do napake, pravilno je 16 G

5. Ident 674028

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen aortni graft v obliki korena aorte samo v velikosti premera: 24, 26, 28, 30, 32 in 34 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

6. Ident 700738

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen intraaortni balonski kateter velikosti 50 ccm balona in debeline 9 Fr. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

7. Ident 472611

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen klip, z definicijo velikosti small wide (širina klipa: 2,08 mm, višina klipa: 2,87 mm, velikost zaprtega klipa 3,68 mm) namesto zahtevane velikosti small/medium. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

8. Ident 561649

Ponudniki lahko ponudijo enakovreden klip, velikost zaprtega klipa do 6,00 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

9. Ident 611786

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden klip, velikost zaprtega klipa do 2,65 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

10. Ident 561622

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovreden klip, velikost zaprtega klipa do 3,70 mm. Naročnik bo ustreznost ponujenega artikla ugotavljal v fazi analize ponudb.

11. Ponudniki lahko ponudijo material, ki ima samo CE odobritev za uporabo.

12. Pravi je model proizvajalca Osyka 81986. Prišlo je do napake v strokovnih zahtevah.

13. Naročnik dopolnjuje strokovne zahteve, kot sledi:

Ident 561649: 1SC = 180 kom,

Ident 561657: 1SC = 120 kom,

Ident 611786: 1SC = 180 kom,

Ident 561622: 1SC = 180 kom,

Ident 472611: 1SC = 180 kom.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno preračunati na razpisano pakiranje.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).