

Štev.: 460-E-DS-657/17
Dne: 18.10.2017

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „25 – PLENICE IN ROKAVICE“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 15.09.2017, številka objave JN008210/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.09.2017, številka objave 2017/S 176-364195, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb do **09.11.2017** do **11.00** ure. Javno odpiranje ponudb bo **09.11.2017** ob **14.00** uri.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 24.10.2017 do 12.00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 24.10.2017.

2. Pri pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila smo ugotovili, da smo navedli napačne vpojnosti pri plenicah.

Zahtevana vpojnost je na identih:

350699 – zahtevana minimalna vpojnost 1800 ml;
350702 – zahtevana minimalna vpojnost 2200 ml;
359742 – zahtevana minimalna vpojnost 1900 ml;
371670 – zahtevana minimalna vpojnost 1500 ml;
636533 – zahtevana minimalna vpojnost 1200 ml;
636541 – zahtevana minimalna vpojnost 1500 ml.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).