

Štev.: 460-E-DS-24/19

Dne: 24.01.2019

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „POTROŠNI MATERIAL ZA VAKUUMSKO DEBELOIGELNO BIOPSIJO DOJK“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 14.01.2019, številka objave JN000151/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 15.01.2019, številka objave 2019/S 010-018322, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

V Specifikaciji zahtev naročnika se pod

»Igle za stereotaktično vodeno vakuumsko debeloigelno biopsijo dojk« doda nova alineja, kot sledi:

- premer 9 - 10 G, dolžina 11-13 cm, z odprtino 11-12 mm, ostra konica.

Služba za nabavo medicinskega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).