

Štev.: 460-E-DS-604/17

Dne: 04.10.2017

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „19 – DIALIZNI MATERIAL“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 24.08.2017, številka objave JN007717/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 25.08.2017, številka objave 2017/S 162-333902, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb do **19.10.2017** do **11.00** ure. Javno odpiranje ponudb bo **19.10.2017** ob **13.00** uri.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 26.09.2017.

2. Strokovne zahteve polisulfonskih dializatorjev I:

- efektivna površina membrane od 1,6 do 2,2 m²,
- dovoljeno odstopanje površine membrane $\pm 0,1\text{m}^2$,
- sintetična biokompatibilna membrana iz polisulfona,
- ultrafiltracijski koeficient membrane (KUF) $\geq 45 \text{ ml/h/mmHg}$,
- Sieving koeficient:
 - za vitamin B12 $\geq 0,9$,
 - za inulin $\geq 0,9$,
 - za albumine $\leq 0,001$,
 - za mioglobin $\geq 0,5$,
- debelina membrane: 35 μm ,
- izdelava membrane po nanotehnologiji,
- sterilizacija z vodno paro.

S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).